

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в Костромской области»

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311489

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 236/336

Действительно до «21» марта 2021 г.

Средство измерений счетчик холодной воды СВМ (СВМ-25, СВМ-25Д, СВМ-32,

СВМ-32Д, СВМ-40, СВМ-40Д, СВМ-40С, СВМ-40СД), мод. СВМ-25, 22484-13

заводской (серийный) номер 21877252

в составе -

поверено в полном объеме

в соответствии с МИ 1592-2015

с применением эталонов: 3.1.ЗБЮ.0463.2018

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 22,4 °С,

относительная влажность воздуха 32,8 %, атмосферное давление 735 мм рт. ст., напряжение

питающей сети 220,1 В, частота питающей сети 50,1 Гц

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к

применению

Знак поверки

Начальник отдела поверки ТТИФХ  
СИ

Поверитель

Дата поверки «22» марта 2021 г.

Боловик Андрей Михайлович

Агафонов Олег Геннадьевич

254601

## МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

(приводят в соответствии с требованиями пункта 43 Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 2 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 4 сентября 2015 г., регистрационный номер 38822), в форме, рекомендуемой методикой поверки, а в случае отсутствия рекомендаций – в произвольной форме)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

(приводят в соответствии с требованиями пункта 5 приложения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации №2510 от 31.07.2020 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», введенного в действие с 01.01.2021, в связи с отменой приказа №1815 от 02.07.2015).

**Владелец средства измерения:** ОГБУ «Костромская городская  
Станция по борьбе с болезнями животных» (ИНН4401043601)

### Погрешность счетчика холодной воды:

Погрешность	Расход		
	$Q_{\text{ном.}}$	$1,1Q_{\text{пер.}}$	$Q_{\text{min.}}$
$\delta$ (%)	1,945	1,955	-0,750

$V_{\text{нач}} = 00473,137 \text{ м}^3$

$V_{\text{кон}} = 00473,421 \text{ м}^3$

"22" марта 2021 г.

Инженер по метрологии: \_\_\_\_\_ О.Г. Агафонов

**При повторной поверке предъявление свидетельства обязательно!**

156005, г. Кострома, ул. Советская, д. 118-а. Сайт: <http://www.kostandard.ru>  
Телефон (4942) 42-80-11, 42-80-15 Факс (4942) 42-05-11 E-mail: [kesm@kosnet.ru](mailto:kesm@kosnet.ru)

Отпечатано в ГП «Областная типография им. М. Горького». 156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2, ИНН 4401002154.